



## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DECLARATION OF CONFORMITY

NUOVA FIMA S.p.A dichiara sotto la propria responsabilità che i seguenti strumenti  
NUOVA FIMA S.p.A. declares on its sole responsibility that the followings instruments

### Pressostati serie 3.4X Pressure switches series 3.4X

Sono conformi ai requisiti definiti dalle Direttive - *Fulfill the requirements defined by the Directives*

- 97/23/CE (PED)<sup>(1)</sup>
- 94/9/CE (ATEX)<sup>(2)</sup>
- 2006/95/CE (LV)<sup>(3)</sup>
- 2011/65/CE (RoHS)

<sup>(1)</sup> Gli strumenti con campo di regolazione >0,5 bar e/o ≤200 bar (massima pressione ammissibile - PS) sono progettati e fabbricati secondo criteri di buona prassi costruttiva.

Gli strumenti con sovrappressione applicabile maggiore di 200 bar (massima pressione ammissibile - PS) in aggiunta, sono classificati in CATEGORIA I e sottoposti a valutazione della conformità secondo il Modulo A - Controllo di fabbricazione interno e sono marcati

*Instruments with adjustable range >0,5 bar and/or ≤200 bar (maximum allowable pressure - PS) are designed and manufactured in accordance with sound engineering practice.*

*Instruments with allowable overpressure value beyond 200 bar (maximum allowable pressure - PS) are additionally classified with CATEGORY I and subjected to the conformity assessment procedure according to Module A - Internal production control and they are marked*

<sup>(2)</sup> Gli strumenti sono marcati - *Instruments are marked*

### II 2 GD Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP65 T 85°C

e sono conformi alle norme - *and they comply with the standards*

- EN 60079-0:2010
- EN 60079-1:2008
- EN 60079-31:2010

Hanno la certificazione di tipo CESI 04 ATEX 027, e la sorveglianza sulla produzione ha la certificazione ICIM S.p.A. N° 1591.

*They have a type certification CESI 04 ATEX 027, and the surveillance for production has the ICIM S.p.A. certification N° 1591*

<sup>(3)</sup> Gli strumenti sono conformi alla norma - *Instruments comply with the standard*

- EN 60947-1:2007
- EN 60947-5-1:2004

Il controllo della fabbricazione interna degli strumenti è assicurato dal Sistema Qualità operante in azienda e certificato da ICIM SpA.

*The control of internal manufacturing of the instruments is assured by the Quality System of the factory, certified by ICIM SpA.*

**NUOVA FIMA**  
Direttore Generale  
General Manager  
F.Zaveri

Il documento è prodotto mediante sistema informatico ed è valido senza firme. - *The document is produced with computing device and it is valid without signature.*

*Il presente documento è sottoposto a gestione controllata e non può essere riprodotto senza autorizzazione di NUOVA FIMA S.p.A.  
This document is issued as controlled copy and it can not be reproduced without NUOVA FIMA licence.*

Data di emissione 15.05.2013

Edizione 1

Emesso UGQ-G.Adami

Visto e approvato DP-F.Zaveri