



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DECLARATION OF CONFORMITY


NUOVA FIMA S.p.A dichiara sotto la propria responsabilità che i seguenti strumenti
NUOVA FIMA S.p.A. declares on its sole responsibility that the followings instruments

Pressostati serie 3.4X Pressure switches series 3.4X


Sono conformi ai requisiti definiti dalle Direttive - *Fulfill the requirements defined by the Directives*

- 97/23/CE (PED)⁽¹⁾
- 94/9/CE (ATEX)⁽²⁾
- 2006/95/CE (LV)⁽³⁾
- 2011/65/CE (RoHS)

⁽¹⁾ Gli strumenti con campo di regolazione >0,5 bar e/o ≤200 bar (massima pressione ammissibile - PS) sono progettati e fabbricati secondo criteri di buona prassi costruttiva.

Gli strumenti con sovrappressione applicabile maggiore di 200 bar (massima pressione ammissibile - PS) in aggiunta, sono classificati in CATEGORIA I e sottoposti a valutazione della conformità secondo il Modulo A – Controllo di fabbricazione interno e sono marcati 

Instruments with adjustable range >0,5 bar and/or ≤200 bar (maximum allowable pressure – PS) are designed and manufactured in accordance with sound engineering practice.

Instruments with allowable overpressure value beyond 200 bar (maximum allowable pressure – PS) are additionally classified with CATEGORY I and subjected to the conformity assessment procedure according to Module A - Internal production control and they are marked 

⁽²⁾ Gli strumenti sono marcati - Instruments are marked

II 2 GD Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP65 T 85°C

e sono conformi alle norme – *and they comply with the standards*

- EN 60079-0:2010
- EN 60079-1:2008
- EN 60079-31:2010

Hanno la certificazione di tipo CESI 04 ATEX 027, e la sorveglianza sulla produzione ha la certificazione ICIM S.p.A. N° 1591.

They have a type certification CESI 04 ATEX 027, and the surveillance for production has the ICIM S.p.A. certification N° 1591

⁽³⁾ Gli strumenti sono conformi alla norma – *Instruments comply with the standard*

- EN 60947-1:2007
- EN 60947-5-1:2004

Il controllo della fabbricazione interna degli strumenti è assicurato dal Sistema Qualità operante in azienda e certificato da ICIM SpA.

The control of internal manufacturing of the instruments is assured by the Quality System of the factory, certified by ICIM SpA.

NUOVA FIMA

Direttore Generale
General Manager
F. Zaveri

Il documento è prodotto mediante sistema informatico ed è valido senza firme. - *The document is produced with computing device and it is valid without signature.*

*Il presente documento è sottoposto a gestione controllata e non può essere riprodotto senza autorizzazione di NUOVA FIMA S.p.A.
This document is issued as controlled copy and it can not be reproduced without NUOVA FIMA licence.*

Data di emissione 15.05.2013

Edizione 1

Emesso UGQ-G.Adami

Visto e approvato DP-F.Zaveri