

TARKKUUSPAINEMITTARI - tarkkuus 0,25 % -LIITÄNTÄ TAAKSE-U-CLAMP



käyttökohde

Nämä mittarit ovat suunniteltu laboratorioille, laitteiden testaukseen tai uudelleenkalibrointiin ja käytettäväksi muissa sovelluksissa, joissa tarkkuus ja toistettavuus ovat ensisijaisen tärkeitä. Prosessiaineet pitäisi olla kaasuja tai nesteitä, ne eivät saa olla korkeaviskositeettisiä eivätkä kristallisoituvia. Mittari toimitetaan tehtaan todistuksella jossa viittaukset (ACCREDIA /ex SIT) tai AG-MEn omalla kalibrointitodistuksella.

Tuotteen kuvaus

Tarkkuuspainemittari on rakennettu UNI EN 837,1 normin mukaan - tarkkuusluokka 0,25 % - kotelo AISI 304 IP67 150 - 200–250 mm. – lasinen lasi- U-CLAMP kiinnitys (paneeliin) – TAAKSE liitäntä AISI 316 – Bourbon-kaari (CuBe) – peiliasteikko – bar-alueet

toiminta-arvot

Käyttölämpötila -20 +80 °C
15 % ylipaine

alueet

alue (bar)	jako	alue (bar)	jako	alue (bar)	jako
-1 / 0	0,005	0/6	0,02	0/100	0,5
0 / 0,6	0,002	0/10	0,05	0/160	0,5
0 / 1	0,005	0/16	0,05	0/250	1
0 / 1,6	0,005	0/25	0,1	0/400	2
0 / 2,5	0,01	0/40 Index	0,2	0/600	2
0/4	0,02	0/60	0,2	0/1000	5

Tuotteen vaihtoehdot

happipesty.

kotelo	B	D	D1	H	G	CH	paino
dn 150	54	149	162	89	1/2" BSPP	22	1,200
dn 200	55	189	208	95	1/2" BSPP	22	1,500
dn 250	55	239	258	95	1/2" BSPP	22	1,800

