

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' Direttiva 97/23/CE Attrezzature a Pressione

DECLARATION OF CONFORMITY Directive 97/23/EC Pressure Equipment Directive (PED)

NUOVA FIMA S.p.A dichiara sotto la propria responsabilità che i manometri a molla tubolare di seguito elencati sono in accordo con la direttiva

NUOVA FIMA S.p.A. declare on its sole responsibility that the followings bourdon tube pressure gauges comply with the directive

Modello/Model	DN/DS	Codice/Code
MS 1	50/150	01.01
MS 3	40/50/63	01.03
MS 4	100	01.04
MS 7	40/50/63	01.07
MGS 10	50/63/100	01.10

Gli strumenti con valore di fondo scala ≤ 200 bar (massima pressione ammissibile - PS) sono progettati e fabbricati secondo criteri di buona prassi costruttiva.

Gli strumenti con valore di fondo scala maggiore di 200 bar (massima pressione ammissibile - PS) in aggiunta sono anche sottoposti a valutazione della conformità secondo il **Modulo A - Controllo di fabbricazione interno** e sono marcati **CE**.

Instruments with full scale value ≤ 200 bar (maximum allowable pressure - PS) are designed and manufactured in accordance with sound engineering practice.

*Instruments with full scale value beyond 200 bar (maximum allowable pressure - PS) are additionally subjected to the conformity assessment procedure according to **Module A - Internal production control** and they are marked **CE**.*

Norma di riferimento applicata: UNI EN 837-1 ed.1998 "Manometri a molla tubolare".
Applied reference standard: UNI EN 837-1 ed. 1998 "Bourdon tube pressure gauges".

Il controllo della fabbricazione interna degli strumenti è assicurato dal Sistema Qualità secondo ISO 9001:2008 operante in azienda e certificato da ICIM S.p.A.

The control of internal manufacturing of the instruments is assured by the Quality System according to ISO 9001:2008 of the factory, certified from ICIM S.p.A.

NUOVA FIMA
Amministratore Delegato
Managing Director
F.Zaveri

Il certificato è prodotto mediante sistema informatico ed è valido senza firme.

The certificate is produced with computing device and it is valid without signature.

Il presente documento è sottoposto a gestione controllata e non può essere riprodotto senza autorizzazione di NUOVA FIMA S.p.A.
This document is issued as controlled copy and it can not be reproduced without NUOVA FIMA licence.

Data di emissione 14/01/2010	Edizione 3	Emesso UGQ-G.Adami	Visto e approvato DP-F.Zaveri
------------------------------	------------	--------------------	-------------------------------