

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' Direttiva 97/23/CE Attrezzature a Pressione

## DECLARATION OF CONFORMITY Directive 97/23/EC Pressure Equipment Directive (PED)

NUOVA FIMA S.p.A dichiara sotto la propria responsabilità che i manometri a molla tubolare di seguito elencati sono in accordo con la direttiva

NUOVA FIMA S.p.A. declares on its sole responsibility that the followings bourdon tube pressure gauges comply with the directive

Modello/Model	DN/DS	Codice/Code
MGs 8	250	1.08
MGs 18	40/50/63/100/150	1.18
MGs 19	100/150	1.19
MGs 20	63/100/150	1.20
MGs 21	100/150	1.21
MGs 22	100/150	1.22
MN 25	150	1.25
MN 26	250	1.26
MGs 30	125	1.30
MGs 36	100/150	1.36
MGs 40	100/150	1.40
MGs 41	100/150	1.41
MGs 44	100	1.44
MGs 60	125	1.60

Gli strumenti con sovrappressione applicabile  $\leq 200$  bar (massima pressione ammissibile - PS) sono progettati e fabbricati secondo criteri di buona prassi costruttiva.

Gli strumenti con sovrappressione applicabile maggiore di 200 bar (massima pressione ammissibile - PS) in aggiunta, sono classificati in **CATEGORIA I**, sottoposti a valutazione della conformità secondo il **Modulo A - Controllo di fabbricazione interno** e sono marcati **CE**.

*Instruments with allowable overpressure value  $\leq 200$  bar (maximum allowable pressure - PS) are designed and manufactured in accordance with sound engineering practice.*

*Instruments with allowable overpressure value beyond 200 bar (maximum allowable pressure - PS) are additionally classified with **CATEGORY I**, subjected to the conformity assessment procedure according to **Module A - Internal production control** and they are marked **CE**.*

Norma di riferimento applicata: UNI EN 837-1 ed.1998 "Manometri a molla tubolare".  
Applied reference standard: UNI EN 837-1 ed. 1998 "Bourdon tube pressure gauges".

Il controllo della fabbricazione interna degli strumenti è assicurato dal Sistema Qualità secondo ISO 9001:2008 operante in azienda e certificato da ICIM S.p.A.

*The control of internal manufacturing of the instruments is assured by the Quality System according to ISO 9001:2008 of the factory, certified from ICIM S.p.A.*

**NUOVA FIMA**  
Amministratore Delegato  
Managing Director  
F.Zaveri

Il documento è prodotto mediante sistema informatico ed è valido senza firme.  
*The document is produced with computing device and it is valid without signature.*

Il presente documento è sottoposto a gestione controllata e non può essere riprodotto senza autorizzazione di NUOVA FIMA S.p.A.  
*This document is issued as controlled copy and it can not be reproduced without NUOVA FIMA licence.*

Data di emissione 20/12/2010

Edizione 10

Emesso UGQ-G.Adami

Visto e approvato DP-F.Zaveri