

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' Direttiva 97/23/CE Attrezzature a Pressione

DECLARATION OF CONFORMITY Directive 97/23/EC Pressure Equipment Directive (PED)

NUOVA FIMA S.p.A dichiara sotto la propria responsabilità che i manometri differenziali di seguito elencati sono in accordo con la direttiva

NUOVA FIMA S.p.A. declares on its sole responsibility that the followings differential pressure gauges comply with the directive

Modello/Model	DN/DS	Codice/Code
MD 13	100/150	02.13
MD 14	100/150	02.14
MD 15	100/150	02.15
MD 16	100/150	02.16
MD 17	100/150	02.17
MD 18	100	02.18
MD 19	63/80/100/125/150	02.19

Gli strumenti con pressione statica ammissibile ≤ 200 bar (massima pressione ammissibile - PS) sono progettati e fabbricati secondo criteri di buona prassi costruttiva.

Gli strumenti con pressione statica ammissibile maggiore di 200 bar (massima pressione ammissibile - PS) in aggiunta sono anche sottoposti a valutazione della conformità secondo il **Modulo A - Controllo di fabbricazione interno** e sono marcati **CE**.

Instruments with allowable static pressure ≤ 200 bar (maximum allowable pressure - PS) are designed and manufactured in accordance with sound engineering practice.

*Instruments with allowable static pressure beyond 200 bar (maximum allowable pressure - PS) are additionally subjected to the conformity assessment procedure according to **Module A - Internal production control** and they are marked **CE**.*

Il controllo della fabbricazione interna degli strumenti è assicurato dal Sistema Qualità secondo ISO 9001:2008 operante in azienda e certificato da ICIM S.p.A.

The control of internal manufacturing of the instruments is assured by the Quality System according to ISO 9001:2008 of the factory, certified from ICIM S.p.A.

NUOVA FIMA

**Amministratore Delegato
Managing Director
F.Zaveri**

Il certificato è prodotto mediante sistema informatico ed è valido senza firme.

The certificate is produced with computing device and it is valid without signature.

*Il presente documento è sottoposto a gestione controllata e non può essere riprodotto senza autorizzazione di NUOVA FIMA S.p.A.
This document is issued as controlled copy and it can not be reproduced without NUOVA FIMA licence.*

Data di emissione 20/02/2012

Edizione 5

Emesso UGQ-G.Adami

Visto e approvato DP-F.Zaveri