

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DECLARATION OF CONFORMITY

NUOVA FIMA S.p.A dichiara sotto la propria responsabilità che i seguenti strumenti
NUOVA FIMA S.p.A. declares on its sole responsibility that the followings instruments

Trasmettitori di pressione serie ST *Pressure transmitters series ST*

sono in accordo con le seguenti direttive
comply with the followings directives

97/23/CE - Attrezzature a pressione - Pressure equipment (PED)⁽¹⁾
2004/108/CE - Compatibilità elettromagnetica - Electromagnetic compatibility (EMC)⁽²⁾
2011/65/CE - Restrizione uso sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche -
Restriction for use of hazardous substances in electric and electronic apparatus (RoHS)

- ⁽¹⁾ Gli strumenti con sovrappressione applicabile ≤ 200 bar (massima pressione ammissibile - PS) sono progettati e fabbricati secondo criteri di buona prassi costruttiva. Gli strumenti con sovrappressione applicabile maggiore di 200 bar (massima pressione ammissibile - PS) in aggiunta, sono classificati in **CATEGORIA I**, sottoposti a valutazione della conformità secondo il **Modulo A - Controllo di fabbricazione interno** e sono marcati **CE**.

*Instruments with allowable overpressure value ≤ 200 bar (maximum allowable pressure - PS) are designed and manufactured in accordance with sound engineering practice. Instruments with allowable overpressure value beyond 200 bar (maximum allowable pressure - PS) are additionally classified with **CATEGORY I**, subjected to the conformity assessment procedure according to **Module A - Internal production control** and they are marked **CE**.*

Norme di riferimento - *Reference standards:*

- ⁽²⁾ EN 61326-1:2006 "Apparecchi elettrici di misura, controllo e laboratori. Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica. Ambiente industriale. Electrical equipment for measurement, control and laboratory use. EMC requirements - Industrial environment".

Il controllo della fabbricazione interna degli strumenti è assicurato dal Sistema Qualità secondo ISO 9001:2008 operante in azienda e certificato da ICIM.

The control of internal manufacturing of the instruments is assured by the Quality System of the factory according to standard ISO 9001:2008, certified from ICIM.

NUOVA FIMA
Amministratore Delegato
Managing Director
F.Zaveri

Il documento è prodotto mediante sistema informatico ed è valido senza firme. - *The document is produced with computing device and it is valid without signature.*

*Il presente documento è sottoposto a gestione controllata e non può essere riprodotto senza autorizzazione di NUOVA FIMA S.p.A.
This document is issued as controlled copy and it can not be reproduced without NUOVA FIMA licence.*

Data di emissione 15/05/2013

Edizione 7

Emesso UGQ-G.Adami

Visto e approvato DP-F.Zaveri